



THE HASHEMITE KINGDOM OF
JORDAN

Accreditation Unit



Annex (1)

To The Accreditation Certificate No. **JAS Test - 142** Dated **30-09-2025**
for The Laboratory of Jordan Factory for Meters Manufacturing Co (Jo Meter) / Amman

Scope of Accreditation

In the Field of Physical and Mechanical Testing of Water Meters

Tested Parameter/ Type of Test/ Measured Quantity	Test Methods/ Standards
Domestic Cold Water Meters	
Determination of intrinsic errors of indication (Volume of measured water Flow rate up to 20000 l/h)	(ISO 4064-1:2024,OIML R49-1:2024, ISO 4064-2:2024,7.4,OIML R 49-2:2024, 7.4, ISO 4064-3:2024, OIML R 49-3:2024)
Pressure loss test	(ISO 4064-1:2024,OIML R49-1:2024, ISO 4064-2:2024,7.9, OIML R 49-2:2024, 7.9, ISO 4064-3:2024, OIML R 49-3:2024)
Static pressure (up to 40 bar)	(ISO 4064-1:2024,OIML R49-1:2024, ISO 4064-2:2024,7.3,OIML R 49-2:2024, 7.3, ISO 4064-3:2024, OIML R 49-3:2024)

List of employees in the laboratory who are technically responsible for issuing the test reports in the scope of accreditation:

1- Lab Head – Eng. Mirna AL-Hihi

الملحق رقم (١)

لشهادة الاعتماد رقم 142 – JAS Test الممنوحة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٣٠

لمختبر المصنع الأردني لصناعة العدادات (Jo Meter) / عمان

مجال الاعتماد

الفحوصات الفيزيائية والميكانيكية لعدادات المياه

المواصفات المتبعة/ طرق الفحص	القيمة المقاسة / نوع الفحص/ الخاصية المقاسة
فحص عدادات مياه الشرب	
(ISO 4064-1:2024, OIML R49-1:2024, ISO 4064-2:2024, 7.4 OIML R 49-2:2024, 7.4, ISO 4064-3:2024, OIML R 49-3:2024)	تحديد قيمة الخطأ في القراءة /فحص الدقة (كمية المياه المقاسة حتى تدفق ٢٠٠٠٠ لتر/الساعة)
(ISO 4064-1:2024, OIML R49-1:2024, ISO 4064-2:2024, 7.9, OIML R 49-2:2024, 7.9, ISO 4064-3:2024, OIML R 49-3:2024)	فحص فقدان الضغط
(ISO 4064-1:2024, OIML R49-1:2024, ISO 4064-2:2024, 7.3 - OIML R 49-2:2024, 7.3, ISO 4064-3:2024, OIML R 49-3:2024)	فحص تحمل الضغط الساكن (حتى ٤٠ بار)

قائمة بالأشخاص الذين يتحملون المسؤولية الفنية لتقارير الاختبار الصادرة عن المختبر في مجال الاعتماد:

١. مدير المختبر: م. ميرنا الحيحي